

单一来源采购专家论证意见表

论证时间：2026年05月22日

预算单位	宁夏回族自治区中西医结合医院			
项目名称	宁夏回族自治区中西医结合医院2026年试剂配送服务采购项目			
项目金额	0万元			
专家1论证意见	专家姓名	王莉	职称	主任医师
	工作单位	宁夏工伤康复鉴定指导中心		
	<p>因为目前化学发光设备均采用封闭运行系统。该院使用的雅培全自动化学发光免疫分析仪仅可匹配同品牌原厂试剂及配套耗材，故建议单一来源采购。</p>			
专家2论证意见	专家姓名	李华	职称	教授
	工作单位	银川市残疾人康复中心		
	<p>该项目拟采购试剂，是该院购入使用雅培全自动化学发光免疫分析仪属原厂专属封闭系统属于专用专用设备可匹配同品牌原厂试剂及配套耗材故建议单一来源采购。</p>			
专家3论证意见	专家姓名	侯万强	职称	副主任医师
	工作单位	宁夏电投		
	<p>因为目前化学发光设备均采用封闭运行系统。该院使用的雅培全自动化学发光免疫分析仪属原厂封闭系统，该设备可配试剂及耗材，无其他品牌产品可靠替代。建议单一来源采购。</p>			
结论	建议单一来源采购。			